

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エムジー	
製造者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エムジー	
品名	指示計	
型式の名称	6DV (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	IICT5	
防爆記号	Ex i a IICT5	
適用基準		
定 格	本安回路許容電圧 30V 本安回路許容電流 100mA 本安回路許容電力 0.75W 内部キャパシタンス 1nF 内部インダクタンス 無視できる値 周囲温度 60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18223 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2020年 1月18日から 2023年 1月17日まで		試験認証部 後藤 隆
2023年 1月18日から 2026年 1月17日まで		試験認証部 後藤 隆
2026年 1月18日から 2029年 1月17日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2008年 1月18日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同 一 型 式 一 覧 表

型式の名称	定 格	備 考
6 D V	本安回路許容電圧 3 0 V 本安回路許容電流 1 0 0 m A 本安回路許容電力 0 . 7 5 W 内部キャパシタンス 1 n F 内部インダクタンス 無視できる値 周囲温度 6 0 ℃	収納ケース無
6 D V - B		収納ケース有

備考) 表中の は，検定供試品を示す。